



ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ŁĘCZYCY

99-100 Łęczycza, ul. Zachodnia 6 - centr. tel. 24 3882601, sekretariat - tel. 24 3882800, fax 24 3882264
REGON 610320540 NIP 775-10-58-587 BGK O/Łódź 77 1130 1163 0014 7046 6420 0002

e-mail: zozlenczyca@zozlenczyca.pl <http://www.zozlenczyca.pl>

Łęczycza, dnia 15 kwietnia 2022r.

WYJAŚNIENIA NR 2

DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy.

Nr postępowania ZOZ.ZP.382-2/22

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczycza, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn.zm.), udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie 1

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert w Pakiecie 6 na równoważny system - Zamknięty system do nawilżania o pojemności 450 ml napełniony wodą do terapii inhalacyjnej umożliwiający prowadzenie terapii przez 35 dni od otwarcia (poświadczone zapisem na opakowaniu). W zestawie głowica łącząca reduktor z pojemnikiem (pakowana osobno). Cały zestaw sterylizowany radiacyjnie. Zatyczka na uwięzi umożliwiająca zabezpieczenie otworu wylotowego po usunięciu wążów tlenowych. Obrazkowa instrukcja użycia, na pojedynczym pojemniku?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Czy mając na uwadze, obecną sytuację epidemiologiczną oraz związane z tym obostrzenia i zalecenia epidemiczne, oferowane pojemniki w Pakiecie 6, powinny posiadać zintegrowaną zatyczkę, umożliwiającą zabezpieczenie otworu wylotowego po usunięciu wążów tlenowych lub masek, np. przy ich wymianie, co zapewnia bezpieczne wykonanie procedur wykonywanych w warunkach klinicznych.

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, iż, ze względu na długotrwały kontakt z błonami śluzowymi w okresie ich użytkowania oraz ewentualne niepożądane działania EO w przemysłowym procesie sterylizacji oraz degazacji - oferowane pojemniki z wodą w Pakiecie 6 - powinny być sterylizowane inną metodą niż tlenkiem etylenu.

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 4

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu dostawy, Zamawiający będzie miał prawo żądać kary umownej za każdy dzień opóźnienia w wysokości **0,5%** wartości brutto niewykonanej części dostawy, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niewykonanej części dostawy.**

Zgodnie z zapisami SWZ.

Podpisał:

Pełnomocnik Dyrektora ZOZ w Łęczycy

Łukasz Kaźmierczak

Do wiadomości:

Wyjaśnienia zostają umieszczone
na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
<https://miniportal.uzp.gov.pl/>